



PETAS Profyonel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş

71. Sok. No: 21
06510 Emek / Ankara / Türkiye
Tel: +90.312.213 78 50
Faks: +90.312.222 05 78
www.petas.com.tr
e-posta: info@petas.com.tr

93/42/EEC UYGUNLUK BEYANI

Bu belge ile aşağıda adı geçen ürünümüzün 93/42/EEC nolu Tıbbi Cihazlar Direktifi Ek.2-3 koşullarını karşıladığını beyan ederiz. Bütün destek dokümanlar üreticide dayanak noktası olarak tutulmaktadır.

Ürün : PETKOT® 600, Yüksek Frekanslı Elektrocerrahi Ünitesi
Barkod No : 8698965910049
UNSPSC Kodu : 42295104
GMDN Kodu : 11490
Sınıflandırma : Tıbbi Cihazlar Direktifi ek IX, kural 10'a göre; IIb
Uygulanan Standardlar : EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-1-4, EN60601-2-2,
ISO9001, ISO13485
Seri No : 394-500

1984-MDD-10-031 nolu EC sertifikası ile, 03 Haziran 2010'dan geçerli olmak üzere, PETKOT® 600 Yüksek Frekanslı Elektrocerrahi Ünitesine Avrupa Birliği MDD 93/42/EEC nin ek II ve ek XII'sine göre CE işareti eklenmiştir.

Yetkili Kurum

Tescil Numarası : 1984

Adı : MEYER Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres : İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) Eski Ankara Asfaltı
Orhanlı, 34957 Tepeören-İstanbul-Türkiye

Tel : +90 (0) 216 593 25 71

Faks : +90 (0) 216 593 25 74

A. Teoman AKIŞ
Genel Müdür
03 Haziran 2010